

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine 24 hrs
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۲۲۵۳
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
کنترل تجاری

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۳۸	۳,۳۸۹	۱۴۸,۳۶۶	۱۵۱,۷۵۵	۱۵۵,۱۴۴	۱۵۸,۵۳۳	۱۶۱,۹۲۲	۱۶۵,۳۱۱	۱۶۸,۷

مقدار	تاریخ
۱۵۵,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۱۵۶,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۵۷,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۵۷,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۱۵۶,۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۶۵,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۱۵۴,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۵۹,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۶۳,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۵۷,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۵۴,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۵۷,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۵۵,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۵۹,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۵۶,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۵۹,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۵۶,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹

CV%: 1.771	SD: 2.795	Mean: 157.805
------------	-----------	---------------

