

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine 24 hrs
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۲۲۵۳
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
کنترل تجاری

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۷۶۲ | ۲,۷۸۱ | ۱۴۹,۴۶۷ | ۱۵۲,۲۴۸ | ۱۵۵,۰۲۹ | ۱۵۷,۸۱ | ۱۶۰,۵۹۱ | ۱۶۳,۳۷۲ | ۱۶۶,۱۵۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۵۸,۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ |
| ۱۵۸,۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۵۹,۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
| ۱۵۶,۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
| ۱۵۶,۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۵۷,۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
| ۱۵۶,۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
| ۱۵۶,۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 0.794 | SD: 1.249 | Mean: 157.3 |
|------------|-----------|-------------|

