

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine 24 hrs  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت : ۲۲۵۳  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
کنترل تجاری : شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۷۶۲	۲,۷۸۱	۱۴۹,۴۶۷	۱۵۲,۲۴۸	۱۵۵,۰۲۹	۱۵۷,۸۱	۱۶۰,۵۹۱	۱۶۳,۳۷۲	۱۶۶,۱۵۳

مقدار	تاریخ
۱۶۲,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۵۵,۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۵۶,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۵۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۶۲,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۵۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۵۷,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۵۹,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱۵۶,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۶۰,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 1.715	SD: 2.705	Mean: 157.717
------------	-----------	---------------

