

عنوان کنترل : کنترل تجاری

عنوان آزمایش : Urine Normetanephrine 24 .hrs

شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

سری ساخت : ۲۲۵۳

HPLC

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۵۵	۷,۶۳۳	۲۸۸,۰۹۱	۲۹۵,۷۲۴	۳۰۳,۳۵۷	۳۱۰,۹۹	۳۱۸,۶۲۳	۳۲۶,۲۵۶	۳۳۳,۸۸۹

مقدار	تاریخ
۳۰۶,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۳۰۹,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۳۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۳۱۸,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۳۰۶,۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۱۵,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۳۰۲,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۳۰۸,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۳۱۰,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۳۰۹,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۳۰۲,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۰۴,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۳۰۵,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۳۰۹,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۳۰۸,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۳۰۸,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۳۰۹,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۳۰۲,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹

CV%: 1.336	SD: 4.12	Mean: 308.253
------------	----------	---------------

