

عنوان کنترل : کنترل تجاری

عنوان آزمایش : Urine Normetanephrine 24 .hrs

شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۲۵۳

HPLC

عنوان دستگاه:

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۱۸	۳,۷۶۱	۲۹۷,۴۵۴	۳۰۱,۲۱۵	۳۰۴,۹۷۶	۳۰۸,۷۳۷	۳۱۲,۴۹۸	۳۱۶,۲۵۹	۳۲۰,۰۲

مقدار	تاریخ
۳۱۳,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۳۰۸,۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۰۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۳۱۰,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۳۰۵,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۳۱۳,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۳۰۸,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۳۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۳۱۴,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۳۰۹,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۳۰۸,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۳۱۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 1.024	SD: 3.176	Mean: 310.117
------------	-----------	---------------

