

عنوان کنترل : پولدسرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : -

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۰۴	۰,۰۱۶	۰,۵۰۲	۰,۵۱۸	۰,۵۳۴	۰,۵۵	۰,۵۶۶	۰,۵۸۲	۰,۵۹۸

مقدار	تاریخ
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۰,۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۰,۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۰,۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۰,۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۰,۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۰,۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۰,۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۰,۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۰,۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۰,۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۰,۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۰,۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۰,۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۰,۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۰,۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 1.983	SD: 0.011	Mean: 0.562
------------	-----------	-------------

