

پولدرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

Vitamin A : عنوان آزمایش :
سرری ساخت : - hplc : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۰۷	۰,۰۱۲	۰,۵۲۱	۰,۵۳۳	۰,۵۴۵	۰,۵۵۷	۰,۵۶۹	۰,۵۸۱	۰,۵۹۳

مقدار	تاریخ
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۰,۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۰,۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۰,۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۰,۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۰,۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۰,۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۰,۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۰,۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 1.635	SD: 0.009	Mean: 0.561
------------	-----------	-------------

