

عنوان کنترل : پولدسرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin A  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : -

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۸۷۶	۰,۰۱	۰,۵۲۵	۰,۵۳۵	۰,۵۴۵	۰,۵۵۵	۰,۵۶۵	۰,۵۷۵	۰,۵۸۵

مقدار	تاریخ
۰,۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۰,۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۰,۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۰,۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۰,۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۰,۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۰,۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰,۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۰,۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 1.747	SD: 0.01	Mean: 0.552
------------	----------	-------------

