

Varia I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۶۲۷۵۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۸۲۷	۳۴,۴۶	۴۰۱,۳۸۷	۴۳۵,۸۴۷	۴۷۰,۳۰۷	۵۰۴,۷۶۷	۵۳۹,۲۲۷	۵۷۳,۶۸۷	۶۰۸,۱۴۷

مقدار	تاریخ
۴۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۵۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۴۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۴۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۴۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۴۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۵۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۴۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۵۳۷,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۵۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۵۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۴۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۵۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۴۷۷,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۱

CV%: 7.46	SD: 36.853	Mean: 493.987
-----------	------------	---------------

