

Varia II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۶۲۷۵۸

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۴۱۱	۷۸,۴۱۳	۸۲۲,۷۶۱	۹۰۱,۱۷۴	۹۷۹,۵۸۷	۱۰۵۸	۱۱۳۶,۴۱۳	۱۲۱۴,۸۲۶	۱۲۹۳,۲۳۹

مقدار	تاریخ
۱۰۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۰۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۰۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۰۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۰۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۰۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۹۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۹۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱۰۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۰۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 3.875	SD: 40.732	Mean: 1051.25
------------	------------	---------------

