

High کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

سری ساخت : ۰۲۰۹۰۱

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : الایزایدر

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۵۰۳	۲,۷۲۶	۵۲,۳۵۵	۵۵,۰۸۱	۵۷,۸۰۷	۶۰,۵۳۳	۶۳,۲۵۹	۶۵,۹۸۵	۶۸,۷۱۱

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۶۰,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 1.523	SD: 0.924	Mean: 60.65
------------	-----------	-------------

