

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : ۰۲۰۹۰۱
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۴۸	۱,۰۶۵	۵۷,۶۸۸	۵۸,۷۵۳	۵۹,۸۱۸	۶۰,۸۸۳	۶۱,۹۴۸	۶۳,۰۱۳	۶۴,۰۷۸

مقدار	تاریخ
۶۱,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۶۱,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۵۹,۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۹

CV%: 1.336	SD: 0.814	Mean: 60.933
------------	-----------	--------------

