

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH  
عنوان دستگاه : الایزایدر  
سرری ساخت : ۰۲۰۹۰۱  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱


| %CV   | SD    | SD <sup>۳-</sup> | SD <sup>۲-</sup> | SD <sup>۱-</sup> | MEAN   | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۵۰۱ | ۰,۹۱۳ | ۵۸,۱۱۴           | ۵۹,۰۲۷           | ۵۹,۹۴            | ۶۰,۸۵۳ | ۶۱,۷۶۶          | ۶۲,۶۷۹          | ۶۳,۵۹۲          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۶۱    | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۶۱    | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
| ۶۰,۸  | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
| ۶۰    | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۶۰    | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
| ۶۲    | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
| ۶۰    | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 1.231 | SD: 0.747 | Mean: 60.686 |
|------------|-----------|--------------|



عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

سری ساخت : ۰۲۰۹۰۱

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH  
عنوان دستگاه : الایزایدر

| %CV   | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN   | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۴۷۸ | ۰,۲۲۸ | ۱۴,۷۷۵            | ۱۵,۰۰۳            | ۱۵,۲۳۱            | ۱۵,۴۵۹ | ۱۵,۶۸۷          | ۱۵,۹۱۵          | ۱۶,۱۴۳          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۵,۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۵,۵  | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
| ۱۵,۳  | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
| ۱۵,۴  | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۵,۳  | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
| ۱۵,۶  | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
| ۱۵,۵  | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |

|           |           |              |
|-----------|-----------|--------------|
| CV%: 0.89 | SD: 0.138 | Mean: 15.464 |
|-----------|-----------|--------------|

