

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : -

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۹۵	۰,۴۱۷	۱۰,۳۴۲	۱۰,۷۵۹	۱۱,۱۷۶	۱۱,۵۹۳	۱۲,۰۱	۱۲,۴۲۷	۱۲,۸۴۴

مقدار	تاریخ
۱۱,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۰,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۱,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 2.401	SD: 0.274	Mean: 11.404
------------	-----------	--------------

