

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : -

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۶۶	۰,۲۸۱	۱۰,۵۴۷	۱۰,۸۲۸	۱۱,۱۰۹	۱۱,۳۹	۱۱,۶۷۱	۱۱,۹۵۲	۱۲,۲۳۳

مقدار	تاریخ
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۰,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 1.97	SD: 0.223	Mean: 11.317
-----------	-----------	--------------

