

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin E  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت : -

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۳۲۶	۰,۱۵	۱۰,۸۷۳	۱۱,۰۲۳	۱۱,۱۷۳	۱۱,۳۲۳	۱۱,۴۷۳	۱۱,۶۲۳	۱۱,۷۷۳

مقدار	تاریخ
۱۱,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۱,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۱,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۱,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱۱,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 1.086	SD: 0.123	Mean: 11.333
------------	-----------	--------------

