

کنترل I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

سری ساخت : H27L1D5P

عنوان آزمایش : ۱۷ OH Progesterone  
عنوان دستگاه : الیزاریدر


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۴۷۲	۰,۰۲۹	۰,۵۷	۰,۵۹۹	۰,۶۲۸	۰,۶۵۷	۰,۶۸۶	۰,۷۱۵	۰,۷۴۴

مقدار	تاریخ
۰,۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۰,۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۰,۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۰,۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۰,۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۰,۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۰,۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 2.143	SD: 0.014	Mean: 0.66
------------	-----------	------------



Level I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱

سری ساخت : OH1223۱۷

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷  
عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۸۳	۰,۰۳	۰,۶۹	۰,۷۲	۰,۷۵	۰,۷۸	۰,۸۱	۰,۸۴	۰,۸۷

مقدار	تاریخ
۰,۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۰,۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۰,۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۰,۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴

CV%: 4.616	SD: 0.036	Mean: 0.772
------------	-----------	-------------

