

level I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

سری ساخت: ۵۰۱۵۲۳۳

Anti Mullerian hormone : عنوان آزمایش :
Indra : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۳۹	۰,۰۱۹	۱,۳۶	۱,۳۷۹	۱,۳۹۸	۱,۴۱۷	۱,۴۳۶	۱,۴۵۵	۱,۴۷۴

مقدار	تاریخ
۱,۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱,۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱,۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۱,۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱,۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱,۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱,۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱,۴۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱,۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱,۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱,۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶

CV%: 1.095	SD: 0.016	Mean: 1.422
------------	-----------	-------------



level II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

سری ساخت: ۵۰۱۵۲۳۳

Anti Mullerian hormone : عنوان آزمایش :
Indra : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۴	۰,۱۳۷	۸,۴۶۹	۸,۶۰۶	۸,۷۴۳	۸,۸۸	۹,۰۱۷	۹,۱۵۴	۹,۲۹۱

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۸,۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۸,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 0.846	SD: 0.075	Mean: 8.896
------------	-----------	-------------

