

عنوان آزمایش : (Acid phosphatase (total  
 عنوان دستگاه : کوباس اینتگرا ۴۰۰  
 سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲  
 عنوان کنترل : Multi 1  
 شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۶۹۴	۰,۴۲۱	۲۳,۶۱۸	۲۴,۰۳۹	۲۴,۴۶	۲۴,۸۸۱	۲۵,۳۰۲	۲۵,۷۲۳	۲۶,۱۴۴

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۲۴,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۲۵,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲۴,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۲۵,۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲۵,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲۴,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲۴,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲۵,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۲۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲۴,۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲۴,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۲۴,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۲۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.362	SD: 0.338	Mean: 24.794
------------	-----------	--------------

