

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

Albumin serum : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۱۷	۰,۱۲۴	۳,۱۵۷	۳,۲۸۱	۳,۴۰۵	۳,۵۲۹	۳,۶۵۳	۳,۷۷۷	۳,۹۰۱

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.912	SD: 0.067	Mean: 3.497
------------	-----------	-------------

