

Control Low : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

سری ساخت: ۷۳۶۷۸

Androstenedione : عنوان آزمایش :  
الایزایدر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۹۴۳	۰,۰۰۷	۰,۱۵۴	۰,۱۶۱	۰,۱۶۸	۰,۱۷۵	۰,۱۸۲	۰,۱۸۹	۰,۱۹۶

مقدار	تاریخ
۰,۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۰,۱۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۰,۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۰,۱۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۰,۱۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۰,۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۰,۱۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۰,۱۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۰,۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۰,۱۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 3.348	SD: 0.006	Mean: 0.176
------------	-----------	-------------

