

Internal Control

Anti Phospholipid Ab (IgG)(Screening)	: آزمایش ۱	۱۴۰۵ اردیبهشت ۱۳	: تاریخ
Positive Control	: کنترل	Diametra	: کیت
Diametra	: شرکت سازنده	Diametra	: شرکت سازنده
A۶۳۰۶	: سری ساخت	A۶۳۰۶	: سری ساخت
۳۰/۱۲/۲۰۲۵	: تاریخ انقضاء	۳۰/۱۲/۲۰۲۵	: تاریخ انقضاء
بروشور	: مرجع CV مجاز	۹,۲	: CV مجاز
۳۳,۴۴۵	: حد پایین	۴۶,۸۲۵	: حد بالا

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	زرگس وادانی (۶۵۲)	۴۶,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۲۲	زرگس وادانی (۶۵۲)	۴۳,۰	OK	۲,۲۰
۱۴۰۵/۰۲/۲۲	زرگس وادانی (۶۵۲)	۴۵,۱	OK	۲,۱۶
۱۴۰۵/۰۲/۲۲	زرگس وادانی (۶۵۲)	۴۶,۰	OK	۲,۱۳

CV : NaN