

Internal Control

Anti Phospholipid Ab (IgM)(screening)	: آزمایش ۱	۱۴۰۵ اردیبهشت ۱۳	: تاریخ
Positive Control	: کنترل	Diametra	: کیت
Diametra	: شرکت سازنده	Diametra	: شرکت سازنده
A۶۳۰۶	: سری ساخت	A۶۳۰۶	: سری ساخت
۳۰/۱۲/۲۰۲۵	: تاریخ انقضاء	۳۰/۱۲/۲۰۲۵	: تاریخ انقضاء
بروشور	: مرجع CV مجاز	۷,۱	: CV مجاز
۳۳	: حد پایین	۴۶,۲	: حد بالا

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	زرگس وادانی (۶۵۲)	۴۶,۱	OK	
۱۴۰۵/۰۲/۲۲	زرگس وادانی (۶۵۲)	۴۱,۰	OK	۲,۲۰
۱۴۰۵/۰۲/۲۲	زرگس وادانی (۶۵۲)	۴۶,۰	OK	۲,۱۶
۱۴۰۵/۰۲/۲۲	زرگس وادانی (۶۵۲)	۴۵,۰	OK	۲,۱۳

CV : NaN