

عنوان کنترل : داخل کیت
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۲/۰۳

سری ساخت : ۲۴۱۵۴۳۹

عنوان آزمایش : Anti Thyroglobulin Ab
عنوان دستگاه : الایزایدر

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳	۶۶,۶۶۷	۷۹۹,۹۹۹	۸۶۶,۶۶۶	۹۳۳,۳۳۳	۱۰۰۰	۱۰۶۶,۶۶۷	۱۱۳۳,۳۳۴	۱۲۰۰,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۰۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۹۳۸,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱۰۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۹۶۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۹۹۲,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۱۰۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱۰۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۹۷۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۰۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۰۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۱۰۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۹۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۹۵۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۹۴۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۹۸۷,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۰۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۹۲۱,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۹۰۷,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۰۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۹۲۳,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۹۳۶,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۹۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۰۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 5.057	SD: 49.969	Mean: 988.2
------------	------------	-------------

