

Level I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

سری ساخت: ۷۸۸۳۸۱۰۱

B2 Microglobulin-CLIA : عنوان آزمایش :
هیپتاچی ۹۱۷ : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۸۹	۰,۰۶۸	۲,۳۲۶	۲,۳۹۴	۲,۴۶۲	۲,۵۳	۲,۵۹۸	۲,۶۶۶	۲,۷۳۴

مقدار	تاریخ
۲,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲,۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲,۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲,۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۲,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۲,۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۰

CV%: 2.977	SD: 0.074	Mean: 2.501
------------	-----------	-------------



Level II : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

سری ساخت : ۷۸۸۳۸۱۰۱

B2 Microglobulin-CLIA

هیپتاچی ۹۱۷

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۰۹۱	۰,۱۳۸	۴,۰۵۴	۴,۱۹۲	۴,۳۳	۴,۴۶۸	۴,۶۰۶	۴,۷۴۴	۴,۸۸۲

مقدار	تاریخ
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۴,۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۴,۶۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۴,۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۴,۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۴,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰

CV%: 3.874	SD: 0.171	Mean: 4.421
------------	-----------	-------------

