

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Blood Urea : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۲۶	۱,۳۳۸	۳۷,۰۲۶	۳۸,۳۶۴	۳۹,۷۰۲	۴۱,۰۴	۴۲,۳۷۸	۴۳,۷۱۶	۴۵,۰۵۴

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 2.421	SD: 1.006	Mean: 41.567
------------	-----------	--------------

