

Tumor marker I : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : CA-125
 شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ : سری ساخت: ۷۶۷۸۹۷ : کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۵۳۴	۱,۵۷۷	۳۰,۰۴۹	۳۱,۶۲۶	۳۳,۲۰۳	۳۴,۷۸	۳۶,۳۵۷	۳۷,۹۳۴	۳۹,۵۱۱

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۳۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۳۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 4.874	SD: 1.698	Mean: 34.833
------------	-----------	--------------



عنوان آزمایش : CA-125
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۸۴۵۷۹۸
عنوان کنترل : عنوان کنترل : Tumor marker I
شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶	۲,۳	۲۶,۱	۲۸,۴	۳۰,۷	۳۳	۳۵,۳	۳۷,۶	۳۹,۹

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸

CV%: 4.791	SD: 1.581	Mean: 33
------------	-----------	----------

