

عنوان کنترل : Tumor Marker I  
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA  
عنوان دستگاه : Cobas 6000

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۲	۱,۷۳۳	۱۹,۴۰۱	۲۱,۱۳۴	۲۲,۸۶۷	۲۴,۶	۲۶,۳۳۳	۲۸,۰۶۶	۲۹,۷۹۹

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۴

CV%: 5.858	SD: 1.421	Mean: 24.261
------------	-----------	--------------

