

عنوان آزمایش : CA 19-9
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸..
عنوان کنترل : Tumor marker I
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۳۰۴	۱,۴۴	۱۸,۵۲۳	۱۹,۹۶۳	۲۱,۴۰۳	۲۲,۸۴۳	۲۴,۲۸۳	۲۵,۷۲۳	۲۷,۱۶۳

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۲۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴

CV%: 6.496	SD: 1.477	Mean: 22.73
------------	-----------	-------------



عنوان آزمایش : CA 19-9
 عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
 عنوان کنترل : عنوان کنترل : Tumormarker II
 شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
 سری ساخت : Roche

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۵۴۸	۴,۷	۸۹,۲۵	۹۳,۹۵	۹۸,۶۵	۱۰۳,۳۵	۱۰۸,۰۵	۱۱۲,۷۵	۱۱۷,۴۵

مقدار		تاریخ		مقدار		تاریخ		مقدار		تاریخ	
۹۹		۱۴۰۵/۰۲/۲۴		۱۰۹		۱۴۰۵/۰۲/۱۳		۱۰۷		۱۴۰۵/۰۲/۰۱	
۱۰۸		۱۴۰۵/۰۲/۲۶		۱۱۲		۱۴۰۵/۰۲/۱۴		۹۸		۱۴۰۵/۰۲/۰۲	
۹۷		۱۴۰۵/۰۲/۲۷		۱۰۰		۱۴۰۵/۰۲/۱۵		۱۰۳		۱۴۰۵/۰۲/۰۳	
۱۰۰		۱۴۰۵/۰۲/۲۸		۱۰۵		۱۴۰۵/۰۲/۱۶		۱۰۴		۱۴۰۵/۰۲/۰۵	
۱۰۴		۱۴۰۵/۰۲/۲۹		۱۰۷		۱۴۰۵/۰۲/۱۷		۱۰۸		۱۴۰۵/۰۲/۰۶	
۱۰۵		۱۴۰۵/۰۲/۳۰		۱۰۵		۱۴۰۵/۰۲/۱۹		۱۰۵		۱۴۰۵/۰۲/۰۷	
۱۰۹		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۱۱		۱۴۰۵/۰۲/۲۰		۱۰۸		۱۴۰۵/۰۲/۰۸	
				۹۶,۱		۱۴۰۵/۰۲/۲۱		۱۰۶		۱۴۰۵/۰۲/۰۹	
				۱۰۰		۱۴۰۵/۰۲/۲۲		۱۰۶		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	
				۱۰۴		۱۴۰۵/۰۲/۲۳		۱۱۰		۱۴۰۵/۰۲/۱۲	
CV%: 4.132			SD: 4.325			Mean: 104.67					

