

multichem -2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۲/۱۰

CEA : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳	۱	۱۲,۱	۱۳,۱	۱۴,۱	۱۵,۱	۱۶,۱	۱۷,۱	۱۸,۱

مقدار	تاریخ
۱۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۵,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 2.917	SD: 0.438	Mean: 15
------------	-----------	----------



Tumor Marker I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۲/۲۴

CEA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۴۵۷۹۸


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۱	۰,۳۵	۳,۷	۴,۰۵	۴,۴	۴,۷۵	۵,۱	۵,۴۵	۵,۸

مقدار	تاریخ
۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۵,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۵,۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۴,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

CV%: 5.687	SD: 0.279	Mean: 4.914
------------	-----------	-------------



Tumor Marker II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

CEA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵۵۱	۱,۸۹۲	۴۷,۶۰۷	۴۹,۴۹۹	۵۱,۳۹۱	۵۳,۲۸۳	۵۵,۱۷۵	۵۷,۰۶۷	۵۸,۹۵۹

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳

CV%: 2.853	SD: 1.512	Mean: 53
------------	-----------	----------



Tumor Marker II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۲/۲۴

CEA : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۸۴۵۷۹۸ Cobas 6000 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹	۳,۶۶۷	۴۱,۴۹۹	۴۵,۱۶۶	۴۸,۸۳۳	۵۲,۵	۵۶,۱۶۷	۵۹,۸۳۴	۶۳,۵۰۱

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

CV%: 3.585	SD: 1.89	Mean: 52.714
------------	----------	--------------

