

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgM  
عنوان دستگاه : Cobas E411  
سری ساخت : ۱۴۰۴،۱۰

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۵۹	۰,۱۵۶	۱,۸۹۸	۲,۰۵۴	۲,۲۱	۲,۳۶۶	۲,۵۲۲	۲,۶۷۸	۲,۸۳۴

مقدار	تاریخ
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲,۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲,۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۲,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۲,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 5.055	SD: 0.123	Mean: 2.428
------------	-----------	-------------

