

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

CPK MB : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۰۸۳۸۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۳۹	۰,۸۹۹	۳۷,۴۶	۳۸,۳۵۹	۳۹,۲۵۸	۴۰,۱۵۷	۴۱,۰۵۶	۴۱,۹۵۵	۴۲,۸۵۴

مقدار	تاریخ
۳۹,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۳۹,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۴۰,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۴۱,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۴۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۳۸,۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۰,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴۱,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۳۹,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۴۰,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۴۱,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۴۰,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۴۰,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۳۹,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۳۹,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۳۹,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۰,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۴۰,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۴۰,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۴۱,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۴۰,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۳۹,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۴۰,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۴۱,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۴۰,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.935	SD: 0.782	Mean: 40.393
------------	-----------	--------------

