

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۸۹	۵,۸۳۷	۲۲۶,۸۴۹	۲۳۲,۶۸۶	۲۳۸,۵۲۳	۲۴۴,۳۶	۲۵۰,۱۹۷	۲۵۶,۰۳۴	۲۶۱,۸۷۱

مقدار	تاریخ
۲۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۲۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۵
۲۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۲۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۸
۲۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۲۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۲۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۲۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۴
۲۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۲۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۲۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۲۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 2.21	SD: 5.32	Mean: 240.667
-----------	----------	---------------

