

High کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳

سری ساخت : BH-101

عنوان آزمایش : (Calprotectin (fecal  
عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۰,۱۱۳	۹,۴۴۵	۶۵,۰۵۵	۷۴,۵	۸۳,۹۴۵	۹۳,۳۹	۱۰۲,۸۳۵	۱۱۲,۲۸	۱۲۱,۷۲۵

مقدار	تاریخ
۹۶,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۸۰,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۹۲,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۰۵,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۸۹,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۰۷,۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۸۶,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۹۰,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۰۵,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۹۲,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۸۸,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۰۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۱۰,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۸۴,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۹۴,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۷۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱۰۶,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۹۸,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۹۹,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۷۵,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۰۸,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 10.905	SD: 10.416	Mean: 95.523
-------------	------------	--------------

