

Level High : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱

Carbamazepin : عنوان آزمایش :
HPLC : عنوان دستگاه :
سری ساخت : -

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۰۴۲	۱,۲۸۷	۱۷,۴۳۹	۱۸,۷۲۶	۲۰,۰۱۳	۲۱,۳	۲۲,۵۸۷	۲۳,۸۷۴	۲۵,۱۶۱

مقدار	تاریخ
۲۰,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۲۲,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۰,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲۲,۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۲۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲۲,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲۰,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱۹,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲۲,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۲۰,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲۰,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۲۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 4.842	SD: 1.033	Mean: 21.335
------------	-----------	--------------

