

Multi I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

Cholinesterase : عنوان آزمایش :
Integra 400 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۰۸	۱۹۳,۷۱۶	۵۴۵۷,۹۱۹	۵۶۵۱,۶۳۵	۵۸۴۵,۳۵۱	۶۰۳۹,۰۶۷	۶۲۳۲,۷۸۳	۶۴۲۶,۴۹۹	۶۶۲۰,۲۱۵

مقدار	تاریخ
۶۲۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۵۹۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۶۴۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۶۰۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۵۸۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۶۴۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۶۴۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۶۱۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۲۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۶۲۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۶۴۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۵۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۶۴۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۵۹۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۶۳۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۶۰۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۶۴۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۶۲۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۶۳۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۵۹۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۶۱۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۵۸۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۶۲۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۶۲۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۶۱۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۶۲۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 3.056	SD: 189.073	Mean: 6186.538
------------	-------------	----------------

