

عنوان کنترل : perci con-1
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

سری ساخت : ۸۰۴۴۳۵

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA
عنوان دستگاه : e411

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۶۷	۶,۲۵۸	۹۱,۵۹۳	۹۷,۸۵۱	۱۰۴,۱۰۹	۱۱۰,۳۶۷	۱۱۶,۶۲۵	۱۲۲,۸۸۳	۱۲۹,۱۴۱

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۱۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۰۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۱۷,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۰۷,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۱۶,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۰۴,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۱۰۷,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۱۵,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۱۲,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 5.098	SD: 5.717	Mean: 112.13
------------	-----------	--------------

