

demeditec Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

DHT : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : KH013۸۰۱


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۱۱	۷,۵۹۵	۵۱۵,۴۱۵	۵۲۳,۰۱	۵۳۰,۶۰۵	۵۳۸,۲	۵۴۵,۷۹۵	۵۵۳,۳۹	۵۶۰,۹۸۵

مقدار	تاریخ
۵۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۵۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۵۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۵۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۵۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۵۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۵۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۵۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۵۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۵۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۵۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹

CV%: 0.909	SD: 4.883	Mean: 537.25
------------	-----------	--------------



دemeditec Low : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

DHT : عنوان آزمایش :
الایزاریدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : KH013۸۰۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۶۴	۰,۷۷۷	۶۴,۴۴۹	۶۵,۲۲۶	۶۶,۰۰۳	۶۶,۷۸	۶۷,۵۵۷	۶۸,۳۳۴	۶۹,۱۱۱

مقدار	تاریخ
۶۶,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۶۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۶۶,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۶۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۶۶,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۶۷,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۶۶,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 0.702	SD: 0.47	Mean: 66.909
------------	----------	--------------

