

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

Folic Acid : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۴۱۳	۰,۱۴۹	۳,۹۲	۴,۰۶۹	۴,۲۱۸	۴,۳۶۷	۴,۵۱۶	۴,۶۶۵	۴,۸۱۴

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۴,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۴,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۴,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۴,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۴,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۴,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۴,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۴,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۴,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 3.688	SD: 0.162	Mean: 4.39
------------	-----------	------------

