

عنوان کنترل : abbot-II
شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴	۰,۱۱۲	۱,۳۲۹	۱,۴۴۱	۱,۵۵۳	۱,۶۶۵	۱,۷۷۷	۱,۸۸۹	۲,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱,۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۱,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۱,۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۱,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱,۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱,۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱,۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱,۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱,۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱,۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۱,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱,۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۱,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱,۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱,۶۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 5.262	SD: 0.087	Mean: 1.65
------------	-----------	------------

