

UNIVERSAL I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

Free T3 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۸۹۹۶۴


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶۷۶	۰,۱۳۶	۳,۳۰۵	۳,۴۴۱	۳,۵۷۷	۳,۷۱۳	۳,۸۴۹	۳,۹۸۵	۴,۱۲۱

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۳,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۳,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۳,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۳,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 3.14	SD: 0.115	Mean: 3.664
-----------	-----------	-------------



UNIVERSAL II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

Free T3 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۸۹۹۶۶

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵۷۵	۰,۳۸۸	۱۳,۸۸۶	۱۴,۲۷۴	۱۴,۶۶۲	۱۵,۰۵	۱۵,۴۳۸	۱۵,۸۲۶	۱۶,۲۱۴

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱۴,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱۴,۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱۵,۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۵,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱۴,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱۵,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱۵,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۴,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱۴,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱۵,۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱۵,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱۵,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 1.733	SD: 0.262	Mean: 15.093
------------	-----------	--------------

