

عنوان کنترل : Universal High
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۵۷۴	۰,۱۲۴	۲,۳۳۲	۲,۴۵۶	۲,۵۸	۲,۷۰۴	۲,۸۲۸	۲,۹۵۲	۳,۰۷۶

مقدار	تاریخ
۲,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲,۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲,۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۲,۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۲,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲,۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 4.328	SD: 0.118	Mean: 2.725
------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : Universal Low
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۹۵	۰,۰۳۸	۱,۱۶۹	۱,۲۰۷	۱,۲۴۵	۱,۲۸۳	۱,۳۲۱	۱,۳۵۹	۱,۳۹۷

مقدار	تاریخ
۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۱,۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۱,۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱,۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱,۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱,۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱,۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱,۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱,۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱,۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۱,۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۱,۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۱,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۱,۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

CV%: 2.584	SD: 0.033	Mean: 1.283
------------	-----------	-------------

