

Qualitative

تاریخ :	شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸	آزمایش ۱ :	(HAV Ab (IgM
کیفیت :	DIA PRO	کنترل :	کنترل داخل کیفیت
شرکت سازنده :	DIAPRO	شرکت سازنده :	DIAPRO
سری ساخت :	۰۶۱۸	سری ساخت :	۰۶۱۸
تاریخ انقضاء :	۳۱/۰۹/۲۰۱۹	تاریخ انقضاء :	۳۱/۰۹/۲۰۱۹
معیار پذیرش :	OD _{۰,۵} <	مرجع معیار پذیرش :	بروشور کیفیت

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۵/۰۲/۰۹	رامونا روستایی (۶۷۳)	۱,۶	
۱۴۰۵/۰۲/۰۸	رامونا روستایی (۶۷۳)	۱,۵	
۱۴۰۵/۰۲/۰۷	رامونا روستایی (۶۷۳)	۱,۸۹	
۱۴۰۵/۰۲/۰۶	رامونا روستایی (۶۷۳)	۲	
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	رامونا روستایی (۶۷۳)	۱,۸۴	
۱۴۰۵/۰۲/۰۲	رامونا روستایی (۶۷۳)	۲	
۱۴۰۵/۰۲/۰۱	رامونا روستایی (۶۷۳)	۲,۲	
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	رامونا روستایی (۶۷۳)	۱,۷۵	
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	رامونا روستایی (۶۷۳)	۳	
۱۳۹۸/۰۶/۱۲	سایه بهرامی خوئی (۷۰۷)	۲,۱	
۱۳۹۸/۰۶/۱۱	سایه بهرامی خوئی (۷۰۷)	۲,۲	
۱۳۹۸/۰۶/۱۰	سایه بهرامی خوئی (۷۰۷)	۲,۱	
۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سایه بهرامی خوئی (۷۰۷)	۲,۱	
۱۳۹۸/۰۶/۰۷	سایه بهرامی خوئی (۷۰۷)	۲,۲	
۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سایه بهرامی خوئی (۷۰۷)	۲,۱	

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۳۹۸/۰۶/۰۵	سایه بهرامی خوئی (۷۰۷)	۲,۱	
۱۳۹۸/۰۶/۰۴	سایه بهرامی خوئی (۷۰۷)	۲,۰	
۱۳۹۸/۰۶/۰۲	سایه بهرامی خوئی (۷۰۷)	۲,۱	

Perci Control II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

سری ساخت: ۶۳۱۹۷۲
عنوان آزمایش: (HAV Ab (IgM
عنوان دستگاه: Cobas


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۶۰۱	۰,۱۸۱	۱,۸۴۲	۲,۰۲۳	۲,۲۰۴	۲,۳۸۵	۲,۵۶۶	۲,۷۴۷	۲,۹۲۸

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲,۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۲,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳

CV%: 5.344	SD: 0.128	Mean: 2.387
------------	-----------	-------------



Perci Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

سری ساخت: ۶۳۱۹۷۲
عنوان آزمایش: (HAV Ab (IgM
عنوان دستگاه: Cobas

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۱۴	۰,۰۲۲	۰,۲۰۹	۰,۲۳۱	۰,۲۵۳	۰,۲۷۵	۰,۲۹۷	۰,۳۱۹	۰,۳۴۱

مقدار	تاریخ
۰,۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۰,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۰,۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۰,۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۰,۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۰,۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۰,۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶

CV%: 5.54	SD: 0.016	Mean: 0.282
-----------	-----------	-------------

