

عنوان آزمایش : (HAV Ab(Total
عنوان دستگاه : الیزابدر سری ساخت : ۰۷۲۵
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۹۴	۰,۰۲۵	۰,۶۶۲	۰,۶۸۷	۰,۷۱۲	۰,۷۳۷	۰,۷۶۲	۰,۷۸۷	۰,۸۱۲

مقدار	تاریخ
۰,۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۰,۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۰,۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۰,۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۰,۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸

مقدار	تاریخ
۰,۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۰,۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۰,۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۰,۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۲

CV%: 4.675	SD: 0.034	Mean: 0.729
------------	-----------	-------------



Perci Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

سری ساخت: ۶۸۷۱۸۰
عنوان آزمایش: (HAV Ab(Total
عنوان دستگاه: Cobas E411

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۳۳	۰,۰۰۴	۱,۲۶۲	۱,۲۶۶	۱,۲۷	۱,۲۷۴	۱,۲۷۸	۱,۲۸۲	۱,۲۸۶

مقدار	تاریخ
۱,۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱,۲۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۱,۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱,۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۱,۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
۱,۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۱,۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱,۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱,۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
۱,۲۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۱,۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۱,۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۱,۲۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶

CV%: 0.381	SD: 0.005	Mean: 1.275
------------	-----------	-------------

