

عنوان آزمایش : (HBcAb (Total: IgG/M/A  
عنوان دستگاه : الایزایدر  
عنوان کنترل : عنوان کنترل : PT1335723  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ : سری ساخت : الایزایدر

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۶۰۳	۰,۰۴	۲,۳۵۳	۲,۳۹۳	۲,۴۳۳	۲,۴۷۳	۲,۵۱۳	۲,۵۵۳	۲,۵۹۳

مقدار	تاریخ
۲,۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۲,۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲,۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۲,۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۲,۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۲,۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۲,۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۲,۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۲,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۲,۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۲,۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۲,۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۲,۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۲,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۲,۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.467	SD: 0.036	Mean: 2.475
------------	-----------	-------------

