

ROCHE I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عنوان آزمایش : (HBsAg (Q  
عنوان دستگاه : کویاس E411  
سری ساخت : ۵۹۳۶۴۶۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۲۶۴	۰,۰۷۷	۳,۱۸۵	۳,۲۶۲	۳,۳۳۹	۳,۴۱۶	۳,۴۹۳	۳,۵۷	۳,۶۴۷

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۳,۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۳,۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۳,۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳,۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۳,۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳,۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳,۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۳,۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۳,۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۳,۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
		۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۳,۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
		۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۲
CV%: 2.367		SD: 0.081		Mean: 3.427	

