

perci con hcv : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

HCV Ab : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹	۰,۱۸۱	۳,۱۴۹	۳,۳۳	۳,۵۱۱	۳,۶۹۲	۳,۸۷۳	۴,۰۵۴	۴,۲۳۵

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۳,۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
۳,۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۶۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳
۳,۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵
۳,۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۳,۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۳,۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۲
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۳,۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۳,۶۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳
۳,۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
۳,۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۳,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
۳,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۳,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۳,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 3.275	SD: 0.119	Mean: 3.634
------------	-----------	-------------

