

عنوان کنترل : ROCHE I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۷۶۹۸۸۶

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۴	۰,۶۱۹	۴۴,۲۹۳	۴۴,۹۱۲	۴۵,۵۳۱	۴۶,۱۵	۴۶,۷۶۹	۴۷,۳۸۸	۴۸,۰۰۷

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۶,۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۴۵,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۴۵,۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۴۶,۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۶,۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۴۵,۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۴۶,۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۴۵,۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۴۶,۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 1.571	SD: 0.721	Mean: 45.925
------------	-----------	--------------

