

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgG
عنوان دستگاه : الیزاریدر
عنوان کنترل : عنوان کنترل : سری ساخت : ۰۳۰۰۲
کنترل داخل کیت : شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۶/۲۴

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۸۷۸ | ۰,۶۴۱ | ۳۲,۱۹۷ | ۳۲,۸۳۸ | ۳۳,۴۷۹ | ۳۴,۱۲ | ۳۴,۷۶۱ | ۳۵,۴۰۲ | ۳۶,۰۴۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۴,۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
| ۳۳,۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۴,۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
| ۳۴,۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
| ۳۳,۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
| ۳۴,۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
| ۳۳,۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۳,۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
| ۳۳,۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
| ۳۳,۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
| ۳۴,۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
| ۳۴,۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 1.386 | SD: 0.471 | Mean: 34.007 |
|------------|-----------|--------------|

