

PERCI CON : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۰۹

عنوان آزمایش : HBeAg
سری ساخت : ۶۰۸۷۲۳۰۱
عنوان دستگاه : ROCHE

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۳۵۱	۰,۰۲۷	۷,۷۲۷	۷,۷۵۴	۷,۷۸۱	۷,۸۰۸	۷,۸۳۵	۷,۸۶۲	۷,۸۸۹

مقدار	تاریخ
۷,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶
۷,۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۷,۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۴
۷,۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶
۷,۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹
۷,۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
۷,۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۷,۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۲
۷,۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
۷,۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۷
۷,۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۷,۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲

CV%: 0.297	SD: 0.023	Mean: 7.805
------------	-----------	-------------

